

znak sprawy: 7/PN/2017/AHB

Warszawa, dn. 17.02.2017 r.

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawę implantów oraz różnych wyrobów ortopedycznych**” – **znak sprawy 7/PN/2017/AHB** prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zdane pytania.

Pytanie nr 1.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie:

dotyczy Zadanie nr 1 - Szczotka do czyszczenia mechanicznego kanału szpikowego.

Czy Zamawiający w opisie pozycji 2 i 4, nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „(...) sterylizowany tlenkiem azotu (...)” miał na myśli „(...) sterylizowany tlenkiem etylenu (...)”?

Odpowiedź do pytania 1.

Zamawiający popełnił omyłkę. Winno być: „(...) sterylizowany tlenkiem etylenu (...)”.

Pytanie nr 2.

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie:

dotyczy Pakietu nr 6

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający **wymaga** :

Implantu o nerkowatym kształcie o rozmiarach 27 lub 32 mm długości i wysokościach od 7 do 16 mm ze stopniowaniem co 1 mm oraz możliwymi kątami lordozy 0 i 6 stopni? Podajnik implantu z możliwością regulacji kątowej do 55 stopni.

Odpowiedź do pytania 2.

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 3.

Zadanie nr 2:

Proszę o odpowiedź ostrzy do jakiego napędu wymaga Zamawiający?

Odpowiedź do pytania 3.

Zamawiający wymaga ostrzy do piły Storz'a.

Pytanie nr 4.

Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w zadaniu nr 3 „Stabilizacja przez nasadzenie kręgosłupa lędźwiowego.” dopuści rozwiązanie:

”System tytanowy do stabilizacji przez nasadzenie kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym

Śruby przeznasadowe o samotnym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotny-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm.

Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby.

Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa.

Łączniki poprzeczne monolityczne w zakresie 14-26mm ze skokiem co 1 oraz wieloosiowe, regulowane z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 28 mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne.

Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korektę deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.

Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa

-implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK,

-implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG,

-dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. Powierzchnia ostro ząbkowana

-dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm”

Odpowiedź do pytania 4.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5.



Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w zadaniu nr 5 „Stabilizacja transpedikularna z użyciem śrub perforowanych, stabilizacją do kości krzyżowej oraz monitoringiem śródoperacyjnym – materiał tytan oraz stop kobaltowo – chromowy.” dopuści rozwiązanie: „

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Żądana ilość szt.	Cena netto za szt. w zł	Wartość netto w zł (kol. 4 *5)	VAT %	Kwota VAT w zł (kol. 6*7)	Wartość brutto w zł (kol. 6+8)
System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnacy-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne w zakresie 14-26mm ze skokiem co 1 oraz wieloosiowe, regulowane z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 28 mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.								
1	Śruba transpedikularna lub hak	szt.	500					
2	Śruba perforowana	szt.	50					
3	Cement	szt.	10					
4	Mikser	szt.	10					
5	Podajnik do cementu	szt.	50					
6	Nakrętki	szt.	550					
7	Pręty	szt.	170					
8	Łącznik poprzeczny	szt.	10					
9	Blok krzyżowo - biodrowy	szt.	10					
10	Łącznik pręta	szt.	10					
11	Śruba krzyżowa lub biodrowa	szt.	30					
RAZEM								

Odpowiedź do pytania 5.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6.

Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności Zadaniu nr 6 - Dostawa Implantu międzytrzonowego typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa.” dopuści rozwiązanie:

„Implanty międzytrzonowe typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa

- implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK,
- implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG,



-dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. Powierzchnia ostro ząbkowana
-dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm,

W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony

Komplet – 1 szt”

Odpowiedź do pytania 6.

Zamawiający dopuszcza powyższe.