



znak sprawy: 12/PN/2017/MK

Warszawa, dn. 9 marca 2017 roku

## **ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ**

Niniejszym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp”, w trybie **przetargu nieograniczonego** na: „**Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania badań z zakresu immunochemii z zastosowaniem technologii ELISA wraz z dzierżawą aparatury do ich wykonania**” o następującej treści:

### **Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia trachomatis w klasie IgA?

**Odpowiedź do pytania 1.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae w klasie IgA i IgM?

**Odpowiedź do pytania 2.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae w klasie IgA i IgM?

**Odpowiedź do pytania 3.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych testów ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Campylobacter jejuni w klasie IgA?

**Odpowiedź do pytania 4.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu pośredniego do wykrywania bakterii z rodzaju Mycobacterium (M. tuberculosis; M. bovis; M. africanum), w którym użyto antygeny naśladującego peptydy białka ESAT-6; CFP-10 oraz w którym wykorzystywanych jest 4 rodzaje probówek: Nil Tube, TB1 Tube, TB2 Tube, Mitogen Tube?

**Odpowiedź do pytania 5.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie nr 6.**

Czy Zamawiający opisując w pozycji nr 31 formularza asortymentowo – cenowego „przeciwciała przeciwko cytrulinowanej wimentynie” miał na myśli test ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Sa? Cytrulinizowana wimentyna, ekspresjonowana w błonie maziowej, jest antygenem docelowym autoprzeciwciał Sa.

**Odpowiedź do pytania 6.** Tak, o ile poziom przeciwciał anty Sa odpowiada poziomami przeciwciał przeciwko cytrulinowanej wimentynie.

### **Pytanie nr 7.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do testów ELISA pracującego w zakresie temperatury 20-50 stopni C?

**Odpowiedź do pytania 7.** Tak, o ile taki zakres temperatur pozwala na wykonanie wszystkich zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym oznaczeń.

**Pytanie nr 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do testów ELISA, w którym temperatura inkubacji nie jest samodzielnie wybierana przez użytkownika, ale zapisana w każdej metodyce wykonania testu, zgodnie z zaleceniami producenta?

**Odpowiedź do pytania 8.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowej szafy chłodniczej 2-komorowej o pojemności 2 x 330 litrów?

**Odpowiedź do pytania 9.** Tak, jeżeli pozostałe parametry zostaną spełnione.

Informuję, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 uPzp, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej i tym samym staje się wiążące od dnia jego ogłoszenia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dniem przekazania niniejszych odpowiedzi staje się obowiązująca w przedmiotowym postępowaniu

Zatwierdził  
Zastępca Dyrektora  
ds. Techniczno – Administracyjnych  
Cezary Rzemek