

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 1

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Nazwa handlowa na fakturze	Producent/ Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	FARUCH OCHRONNY STERYLNY (DO SPORZĄDZANIA ROZTWORÓW CYTOSTATYKÓW), jednorazowego użytku, stanowiący środek ochronny indywidualnej, wykonany z paraprzepuszczalnego materiału, niepyłącego, mankiety z elastycznym ściągaczem o szerokości min. 4 cm ściśle przylegającym do nadgarstka, kołnierz zapinany na rzep lub troczek, posiadający nieprzemakalne wstawki w rękawach i w części przedniej, z tyłu wiązany na minimum trzy pary troczków lub pasków nie krótszych niż 15 cm (oraz górne zapięcie na rzep), Wyrób posiadający atest na przenikliwość cytostatyków z zachowaniem bariery na okres 4 godzin dla Cyklofosfamid, Doxorubicyny i Cytosplatin. Zgodny z normą E 13034. Różne rozmiary	szt.	70								

2	KOMBINEZON OCHRONNY STERYLN (do sporządzania cytostatyków), pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, stanowiący środek ochrony indywidualnej. Materiał niepyłący, nieprzepuszczalny dla substancji chemicznych zgodnie z normą E 13034. Nogawki kombinezonu scalone z osłonami na obówie o antypoślizgowej powierzchni, elastyczne mankiety zapewniające utrzymanie się rękawu w miejscu. Zamykany na suwak, z kapturem. Różne rozmiary.	szt.	240								
3	Półmaska ochronna dla personelu medycznego-respirowana, spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka, jedopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester, posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego, bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1µm)>99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9%, całkowite przesiąkanie do środka< 0,65%, penetracja areozoli testowych < 0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤ 2,45 mbar. Opakowanie 10 szt.	opak.	20								
RAZEM											

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.